




Spécifications du produit

Gants d'examen en latex Stellar



Mesures

Matériau	Épaisseur – Poignet	Épaisseur – Paume	Épaisseur – Doigts	Longueur	Enfilage	Couleur	Poignet	Texture
Latex naturel	0,08 +/- 0,02	0,10 +/- 0,02	0,11 +/- 0,02	240 mm	Sans poudre	Naturel	Bord roulé	Texturé

Code de produit	Taille	Poids des gants (g)	Largeur de la paume (mm)	Poids/caisse (lb)
001-E10100-XS	Très petit	4,8 +/- 0,3	70 - 75	13.8
001-E10100-S	Petit	5,3 +/- 0,3	80 - 85	15.1
001-E10100-M	Moyen	5,8 +/- 0,3	90 - 95	16.6
001-E10100-L	Grand	6,3 +/- 0,3	100 - 105	17.3
001-E10100-XL	Très grand	6,8 +/- 0,3	110 - 115	18.8

	Avant usure	Après usure
Résistance à la traction	Min. 18 MPa	Min. 14 MPa
Allongement (%)	Min. 650	Min. 500

	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Caisses – Dimensions	245	130	70
Boîtes – Dimensions	360	268	255

Conformes à la norme ASTM D3578-05 (2015)

Stockage : Doivent être stockés dans un environnement sec. Ne pas les exposer directement à la lumière du soleil.

Durée de stockage : 5 ans à compter de la date de fabrication

Emballage : 100 gants/boîte x 10 boîtes/caisse = 1 000 gants/caisse

Pays d'origine : Indonésie

Conformité : Conformes aux lignes directrices de l'ACIA et de la FDA

Homologation d'instrument médical de classe II de Santé Canada



**SÛRS POUR
USAGE MÉDICAL**



NON STÉRILES



SANS POUDRE

Stellar Safety Supply

www.stellarsafetysupply.com

1 844-459-0015